



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н И Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

ГОСТ 2160—92

Издание официальное

26 р. 40 к. Б3 11-12-91/1204



ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ**Методы определения плотности**

Solid mineral fuel. Methods for
determination of density

ГОСТ**2160—92****ОКСТУ 0309****Дата введения 01.07.93**

Настоящий стандарт распространяется на бурые и каменные угли, антрацит, горючие сланцы, брикеты, породные прослойки, сопровождающие пласты угля, и устанавливает методы определения действительной и кажущейся плотности.

Сущность метода определения действительной плотности заключается в определении массы и объема испытуемой пробы топлива взвешиванием в воздухе и в пикнометрической жидкости.

Сущность метода определения кажущейся плотности заключается в определении массы испытуемой пробы топлива и измерении ее объема взвешиванием в воздухе и жидкости. Определение проводят двумя методами — гидростатического взвешивания и гравиметрическим с парафинированием образца топлива.

1. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ

Отбор и подготовка проб — по ГОСТ 10742 и ГОСТ 9815.

Для определения действительной плотности используют аналитическую пробу топлива крупностью менее 0,2 мм.

Для определения кажущейся плотности используют пробу топлива крупностью 13—25 мм, массой не менее 3 кг.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ**2.1. Аппаратура, материалы и реактивы**

Пикнометры типа ПЖ2 по ГОСТ 22524 или мерная колба вместимостью 50 см³ по ГОСТ 1770 с притертymi пробками или пробками по ТУ 381051835.

Издание официальное**© Издательство стандартов, 1992**

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Весы лабораторные общего назначения с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г.

Термостат водяной, обеспечивающий температуру в пределах $(20 \pm 0,1)^\circ\text{C}$.

Баня водяная или песчаная.

Эксикатор вакуумный.

Термометр ртутный или жидкостный стеклянный с ценой деления шкалы $0,1^\circ\text{C}$ по ГОСТ 27544 или ГОСТ 28498.

Лодочка или бюкса для взятия навески.

Пипетка вместимостью 1—3 см³ с тонкооттянутым концом.

Воронка стеклянная или металлическая.

Колба мерная вместимостью 1000 см³ по ГОСТ 25336.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Кислота уксусная по ГОСТ 61, раствор 250 г/дм³.

Спирт этиловый по ГОСТ 5962.

Смачиватели из группы поверхностно-активных веществ (ОП-7, ОП-10, ДБ, контакт Петрова и т. д.), растворы 5 г/дм³.

Для приготовления раствора в стакан вместимостью 300 см³ помещают 5 г смачивателя и приливают небольшое количество горячей воды, раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1000 см³, охлаждают до комнатной температуры, приливают 3 см³ уксусной кислоты и доливают до метки свежепрокипяченной и охлажденной до $(20 \pm 0,1)^\circ\text{C}$ воды.

2.2. Подготовка к испытанию

2.2.1. Определение вместимости пикнометра

Чистый и сухой пикнометр (или мерную колбу) вместе с пробкой взвешивают, заполняют до метки дистиллированной водой, доведенной до 20°C , закрывают пробкой и помещают в термостат с водой при температуре $(20 \pm 0,1)^\circ\text{C}$. Уровень воды в термостате должен быть немного ниже метки пикнометра. Приводят в движение мешалку термостата и 15—20 мин выдерживают в нем пикнометр с водой. Доводят уровень воды в пикнометре до метки, используя воду из запасного пикнометра, выдержанного в термостате. При помощи фильтровальной бумаги удаляют капли воды с внутренних стенок шейки пикнометра. Пикнометр вынимают из термостата, закрывают пробкой, тщательно вытирают и взвешивают.

Определение повторяют три раза и перед каждым взвешиванием пикнометр выдерживают в термостате при температуре $(20 \pm 0,1)^\circ\text{C}$ не менее 15 мин.

За результат определения принимают среднее арифметическое результатов трех взвешиваний, если они не отличаются между собой более чем на 0,01 г.

Вместимость пикнометра определяют через каждые 50 определений.

Вместимость пикнометра (V_1), см³, вычисляют по формуле

$$V_1 = \frac{m_2 - m_1}{0,9982}, \quad (1)$$

где m_2 — масса пикнометра с дистиллированной водой при температуре 20°C, г;

m_1 — масса пустого пикнометра, г;

0,9982 — плотность воды при температуре 20°C, г/см³.

2.2.2. Определение плотности спирта

Плотность спирта определяют в калиброванном пикнометре (п. 2.2.1).

Плотность спирта (ρ_m), г/см³, при температуре 20°C вычисляют по формуле

$$\rho_m = \frac{m_3 - m_1}{V_1}, \quad (2)$$

где m_3 — масса пикнометра со спиртом при температуре 20°C, г.

За результат принимают среднее арифметическое не менее трех результатов определений, проведенных в разных пикнометрах. Результат определения вычисляют до пятого десятичного знака и округляют до четвертого десятичного знака. Расхождение между результатами определений не должно превышать 0,0002 г/см³.

2.3. Проведение испытания

2.3.1. Определяют массовую долю влаги аналитической пробы топлива по ГОСТ 11014 или ГОСТ 27314.

2.3.2. При испытании с использованием воды из аналитической пробы в боксус или лодочку отбирают навеску топлива массой (5±0,2) г и через воронку переносят в сухой пикнометр.

В пикнометр постепенно приливают 30 см³ свежеприготовленного раствора смачивателя, врашательным движением тщательно перемешивают содержимое пикнометра и открытым ставят на 60 мин в вакуумный эксикатор. Для удаления пузырьков воздуха вместо вакуумного эксикатора можно применять кипячение на водяной или песчаной бане в течение 60 мин. При этом пикнометр периодически встряхивают и следят за тем, чтобы не было выброса топлива в шейку пикнометра.

Далее пикнометр вынимают, охлаждают до комнатной температуры и приливают раствор смачивателя до уровня на 1—2 мм ниже метки.

Пикнометр помещают в термостат при температуре (20±0,1)°С и выдерживают 15—20 мин. Затем пипеткой добавляют раствор смачивателя до метки, при помощи фильтровальной бумаги удаляют капли раствора с внутренних стенок шейки пикнометра, вынимают его из термостата, закрывают пробкой, тщательно вытирают и взвешивают.

2.3.3. При испытании с использованием спирта из аналитической пробы отбирают навеску топлива по п. 2.3.2.

В пикнометр с пробой вливают 30 см³ спирта при температуре 20°C, закрывают пробкой и встряхивают в течение 3 мин. Остатки пробы с пробки и шейки пикнометра ополаскивают таким количеством спирта, чтобы уровень его находился несколько ниже метки. Пикнометр периодически слегка встряхивают для удаления всех пузырьков воздуха с поверхности пробы.

Примечание. Для удаления пузырьков воздуха можно применять вакуумный эксикатор.

После полного удаления пузырьков воздуха пикнометр наполняют спиртом до уровня на 1—2 мм ниже метки, выдерживают в термостате при температуре (20±0,1)°C в течение 15 мин. Добавляют до метки в пикнометр спирт (температура 20°C), закрывают, вытирают и взвешивают.

2.3.4. Все взвешивание проводят с погрешностью не более 0,0002 г.

2.4. Обработка результатов

2.4.1. Действительную плотность топлива в сухом состоянии (d_r^d , г/см³) вычисляют по формулам:

при испытании с водой

$$d_r^d = \frac{m \left(1 - \frac{W^a}{100} \right) \cdot q_p}{m \left(1 - \frac{W^a}{100} \right) + m_2 - m_4}, \quad (3)$$

где m — масса навески топлива, г;

W^a — массовая доля влаги в аналитической пробе, %;

q_p — плотность раствора смачивателя, условно принятая равной 1 г/см³ при температуре 20°C;

m_2 — масса пикнометра с раствором смачивателя, г, определяемая в соответствии с п. 2.3.1;

m_4 — масса пикнометра с навеской топлива и раствором смачивателя, г;

при испытании со спиртом

$$d_r^d = \frac{m_5}{\frac{1}{q_p m} (m_6 - m_7 + m) - 1,0018(m - m_5)}, \quad (4)$$

где m_5 — масса навески топлива в сухом состоянии, г, вычисленная по формуле

$$m_5 = \frac{m(100 - W^a)}{100}, \quad (5)$$

Q_m — плотность спирта, г/см³;

m_6 — масса пикнометра со спиртом, г;

m_7 — масса пикнометра с навеской топлива и спиртом, г;

1,0018 — коэффициент, см³/г.

2.4.2. Результаты анализа вычисляют до третьего десятичного знака и округляют его до второго десятичного знака.

2.4.3. Допускаемые расхождения между результатами двух параллельных определений не должны превышать значений, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Жидкость, используемая при определении	Допускаемые расхождения, г/см ³	
	в одной лаборатории для одной и той же аналитической пробы	в разных лабораториях для одной и той же лабораторной пробы
Вода	0,02	0,03
Спирт	0,01	0,02

2.4.4. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.

2.4.5. Если расхождения между результатами двух параллельных определений превышают допускаемые, проводят третье определение и за окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое значение двух наиболее близких результатов в пределах допускаемых расхождений.

2.4.6. Если результат третьего определения находится в пределах допускаемых расхождений по отношению к результатам каждого из двух предыдущих определений, за результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов трех определений.

3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЖУЩЕЙСЯ ПЛОТНОСТИ

3.1. Метод гидростатического взвешивания

3.1.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 3-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 500 г или 1 кг.

Корзинка проволочная цилиндрической формы диаметром 80 мм и высотой 110 мм из металлической сетки с квадратными отверстиями размером 5×5 мм, по ГОСТ 3306.

Сосуд цилиндрический СЦ-2,0 по ГОСТ 25336.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

3.1.2. Подготовка к испытанию

3.1.2.1. Определяют массовую долю общей влаги испытуемой пробы топлива W_t по ГОСТ 11014 или ГОСТ 27314.

3.1.2.2. Снимают левую чашку весов и на ее место укрепляют пустую корзинку, которая по массе легче, чем плечо рычага с чашкой весов. Уравновешивают плечи весов компенсирующим грузом K_1 . Устанавливают сосуд с жидкостью (температура 20°C) под пустой корзинкой. Погружают пустую корзинку в жидкость. Изменение в равновесии выравнивают другим компенсирующим грузом K_2 . Компенсирующие грузы массой K_1 и K_2 не должны изменяться при условии, что используемая аппаратура и плотность жидкости остаются постоянными. Затем корзинку вынимают из сосуда и дают стечь большей части жидкости. Корзинку ставят на чистую фильтровальную бумагу, которую меняют пять раз за 5 мин или до тех пор, пока она будет оставаться сухой.

Подвешивают высушеннюю корзинку на левое плечо весов с компенсирующим грузом K_1 и взвешивают в воздухе. Полученное значение соответствует массе жидкости, оставшейся на корзинке (m_{11}). Это значение необходимо проверять перед каждой серией определений.

3.1.3. Проведение испытания

От пробы топлива отбирают не менее 10 кусков, тщательно очищают их жесткой щеткой от мелких частиц угля, помещают в сухую корзинку, уравновешивают компенсирующим грузом K_1 и взвешивают в воздухе с точностью до 0,01 г (m_8). Корзинку с топливом помещают в сосуд, наполненный жидкостью, добавляют компенсирующий груз K_2 и после полного удаления воздушных пузырьков (встряхиванием корзинки) определяют массу топлива в воде (m_9). Корзинку вынимают из сосуда и дают жидкости стечь в течение того же времени, что и при гидростатическом взвешивании корзины. После того как жидкость стечет, убирают компенсирующий груз K_2 . Взвешивают топливо, смоченное жидкостью, в воздухе вместе с подвешенным компенсирующим грузом (m_{10}).

3.1.4. Обработка результатов

3.1.4.1. Каждую плотность топлива (d'_a), г/см³, вычисляют по формуле

$$d'_a = \frac{m_8 \cdot \rho_x}{m_{10} - m_8 - m_{11}}, \quad (6)$$

где m_8 — масса топлива, взвешенного в воздухе, г;

ρ_x — плотность жидкости, г/см³;

m — масса топлива, взвешенного в жидкости, г;

m_{10} — масса топлива, смоченного жидкостью вместе с массой жидкости, оставшейся на корзинке, взвешенные на воздухе, г;

m_{11} — масса жидкости, оставшейся на корзинке, г.

3.1.4.2. Вычисление результатов — по п. 2.4.2.

3.1.4.3. Допускаемые расхождения между результатами двух параллельных определений в одной и той же жидкости не должны превышать: 0,03 г/см³ — для одной лаборатории и 0,06 г/см³ — для разных лабораторий.

3.1.4.4. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.

3.1.4.5. Если расхождения между результатами двух параллельных определений превышают допускаемые, далее поступают, как указано в пп. 2.4.5 и 2.4.6.

3.2. Гравиметрический метод с парафинированием образца топлива

3.2.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Аппаратура и материалы по п. 3.1.1.

Парафин по ГОСТ 23683.

Игла стальная по ГОСТ 8030.

3.2.2. Проведение испытания

Для испытания используют не менее 10 образцов топлива массой 200—300 г каждый. От каждого образца поперек наслоения отделяют часть пробы массой 50—100 г для определения общей влаги W_t по ГОСТ 27314 или ГОСТ 11014 и зольности A^d по ГОСТ 11022. Остальную часть образца поперек наслоения разделяют пополам и полученные куски используют для определения кажущейся плотности.

Примечание. При проведении испытаний для керновых проб допускается использование 2—5 русков массой 50—100 г.

Кусок топлива тщательно очищают жесткой щеткой от мелких частиц угля и взвешивают в воздухе. Затем плотно обвязывают его тонкой желательно шелковой нитью и опускают на 1—2 с в сосуд с парафином, расплавленным до температуры 80—90°C. Пузырьки воздуха, образующиеся в остывающей парафиновой пленке, удаляют нагретой иглой, прокалывая каждый пузырек и обеспечивая при этом герметичность образующейся парафиновой пленки. После затвердения пленки кусок взвешивают в воздухе. Затем кусок помещают в корзинку и взвешивают его в воде в соответствии с пп. 3.1.2 и 3.1.3.

3.2.3. Обработка результатов

3.2.3.1. Кажущуюся плотность куска топлива (d_a), г/см³, вычисляют по формуле

$$d_a = \frac{m_{12} \cdot 0,9982}{(m_{13} - m_{12}) \cdot 0,9982}, \quad (7)$$

$m_{13} - m_{14}$

$\rho_{\text{п}}$

где m_{12} — масса испытуемого куска топлива, взвешенного в воздухе, г;

$0,9982$ — плотность воды при температуре 20°C , $\text{г}/\text{см}^3$;

m_{13} — масса испытуемого куска топлива, покрытого слоем парафина и взвешенного в воздухе, г;

m_{14} — масса куска топлива, покрытого слоем парафина в воде, г;

ρ_p — плотность парафина, равная $0,89 \text{ г}/\text{см}^3$.

3.2.3.2. Из двух параллельных определений в кусках топлива рассчитывают среднее арифметическое значение кажущейся плотности образца.

3.2.3.3. Среднюю кажущуюся плотность исследованного количества образцов топлива (d_{acp}), $\text{г}/\text{см}^3$, вычисляют по формуле

$$d_{acp} = \frac{\sum d'_a}{n}, \quad (8)$$

где d'_a — среднее значение кажущейся плотности для образца топлива, $\text{г}/\text{см}^3$;

n — количество испытуемых образцов топлива.

3.2.3.4. Допускаемые расхождения между результатами двух параллельных определений не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Испытуемая проба	Допускаемые расхождения между результатами, $\text{г}/\text{см}^3$	
	в одной лаборатории	в разных лабораториях
Куски из одного образца топлива	0,03	—
Общее количество образцов	—	0,05

3.2.3.5. Результаты испытания вычисляют в соответствии с пп. 2.4.5 и 2.4.6.

3.2.3.6. Аналогично вычисляют соответствующие среднюю общую влагу W'_t и зольность A^d . На основании определения кажущейся плотности в отдельных кусках может быть установлена количественная связь плотностью топлива с его зольностью.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТК 179 «Уголь и продукты его переработки»

РАЗРАБОТЧИКИ

Г. А. Малюков, А. С. Арцер, Л. Ф. Шакиро, Л. В. Романова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.03.92 № 293

**3. Срок первой проверки — 1998 г.,
Периодичность проверки — 5 лет**

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2160—82

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которой дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 61—75	2.1
ГОСТ 1770—74	2.1
ГОСТ 3306—88	3.1.1
ГОСТ 5962—67	2.1
ГОСТ 6709—72	2.1, 3.1.1
ГОСТ 8030—80	3.2.1
ГОСТ 9815—75	Разд. 1
ГОСТ 10742—71	Разд. 1
ГОСТ 11014—81	2.3.1, 3.1.2.1, 3.2.2
ГОСТ 11022—90	3.2.2
ГОСТ 12026—76	2.1, 3.1.1
ГОСТ 23683—79	3.2.1
ГОСТ 24104—88	3.1.1
ГОСТ 25336—82	2.1, 3.1.1
ГОСТ 27314—91	2.3.1, 3.1.2.1, 3.2.2
ГОСТ 27544—87, ГОСТ 28498—90	2.1
ТУ 38—1051835—88	2.1

Редактор *P. С. Федорова*

Технический редактор *Г. А. Теребинкина*

Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 23.04.92. Подп. в печ. 26.05.92. Усл. п. л. 0,75. Усл. кр.-отт. 0,75. Уч.-изд. л. 0,60.
Тир. 478 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1180